

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления" (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Смоленску 03.10.2002 г., ОГРН 1026701429655

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97, телефон (0812)51-31-01

в ЛИЦЕ Генерального директора Городецкого Сергея Вячеславовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стерилизатор воздушный медицинский ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005

Серийный выпуск

выпускаемая изготовителем

Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления" (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ")

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97. Тел. (0812)51-31-01

по ТУ 9451-013-00141798-2005

Код ОК 005 (ОКП): 94 5120
Код ТН ВЭД России: 8419 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4), ГОСТ 12.2.091-2002, ГОСТ 22649-83 (п.п. 3.2.1-3.2.6, 3.2.10), ГОСТ Р 51522.1-2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № ФСР 2010/07332 от 05.04.2010 г.;

Протоколы испытаний № 326/2014 от 02.07.2014 г., № 326ЭМС/2014 от 02.07.2014 г.

ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП", рег. № РОСС RU.0001.21ИМ02.

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 02.07.2014

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 02.07.2017



М.П. Заявитель

С.В. Городецкий
С.В. Городецкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел. (499) 641-55-27, факс (499) 641-55-27/www.csme.ru ОГРН: 5077746891074

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04 выдан 21.03.2011г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 02.07.2014, регистрационный номер РОСС RU.ИМ04.Д01215

М.П. Руководитель органа по сертификации

А.В. Мышков
А.В. Мышков



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Открытое акционерное общество "Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления" (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Смоленску 03.10.2002 г., ОГРН 1026701429655

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97, телефон (4812)31-31-01

В ЛИЦЕ генерального директора Городецкого Сергея Вячеславовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стерилизатор воздушный медицинский ГП-20 СПУ

Серийный выпуск

выпускаемая изготовителем

ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97, Тел. (4812)31-31-01

по ТУ 9451-013-00141798-2005

Код ОК 005 (ОКП): 94 5120
Код ТН ВЭД России: 8419 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4), ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ 22649-83 (п.п. 3.2.1-3.2.6, 3.2.10), ГОСТ Р 50267.01-2005

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

№ ФСР 2010/07332 от 05.04.2010 г.

Протоколы испытаний № 383/2010 от 20.08.2010 г., № 388ЭМС/2010 от 20.08.2010 г. ИЦ ООО "ЦСМИ ВНИИМП",

рег. № РОСС RU.0001.2 ИМ02

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 28.06.2011

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 28.06.2014

М.П. Заявитель

С.В. Городецкий
С.В. Городецкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, тел./факс (495)611-00-57, www.csmc.ru ОГРН: 507746891074

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04 выдан 21.03.2011г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 28.06.2011, регистрационный номер РОСС RU.ИМ04.П00186

М.П. Руководитель органа по сертификации

А.В. Машков
А.В. Машков





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2010/07332

от 05 апреля 2010 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ОАО "Смоленское СКТБ СФУ",
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
(изделие медицинской техники)

Стерилизатор воздушный металлизационный F11-20 СФУ
по ТУ 9451-013-00141798-2005

производства

ОАО "Смоленское СКТБ СФУ",
Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97

класса потенциального риска 2а

ОКН 94 5120

соответствующее комплексу регистрационной документации

КРД № 14367 от 11.03.2010


приказом Росздравнадзора от 05 апреля 2010 года № 2823-П/10

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова

008518



СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ ГП-20 СПУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	ГП-20
Объем камеры, л	20
Режимы работы: <ul style="list-style-type: none">• стерилизация 1• стерилизация 2• дезинфекция• дополнительный режим	180 °С, 60 мин. 160 °С, 150 мин. 120 °С, 45 мин. 50-200°С, 1-999 мин.
Наличие системы принудительного охлаждения	есть
Аварийное отключение стерилизатора от электрической сети при перегреве в камере, °С, не более	+235
Точность поддержания температуры по объему камеры, °С, не более	+3
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 °С, минут, не более	55
Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры +60 °С, минут, не более	30
Габаритные размеры, мм, не более	
-глубина	475
-ширина	625
-высота	416
Размеры рабочей камеры, мм, не более	
-глубина	215
-ширина	333
-высота	277
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,5
Масса, кг, не более	32

СТЕРИЛИЗАТОРЫ УСПЕШНО РАБОТАЮТ ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Высокая надежность обеспечивается испытаниями всех выпускаемых изделий в условиях высоких температур и вибрации, также тщательным подбором импортных комплектующих, что дает возможность конкурировать с приборами иностранного производства.

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97, ОАО «Смоленский СВТБ СПУ»
Тел.: (0812) 31-73-19. Тел./факс: (0812) 31-73-45
t-mail: medea@sci.smolensk.ru
<http://sktb.fcentrs.ru>

